

## 可溶性淀粉合成酶 (Soluble starch synthase, SSS)

### 试剂盒说明书

#### 分光光度法 25 管/24 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

#### 测定意义

SSS (EC 2.4.1.21) 通常以游离态存在于质体基质中, 催化淀粉链延长, 主要负责支链淀粉的合成。

#### 测定原理

SSS 催化 ADPG 与淀粉引物(葡聚糖)反应, 将葡萄糖分子转移到淀粉引物上, 同时生成 ADP, 在反应体系中添加的丙酮酸激酶、己糖激酶和 6-磷酸葡萄糖脱氢酶依次催化  $\text{NADP}^+$  还原为 NADPH, NADPH 生成量与前一步反应中 ADP 生成量呈正比, 340nm 下测定 NADPH 增加量即可计算 SSS 活性。

#### 需自备的的仪器和用品

紫外分光光度计、水浴锅、台式离心机、移液器、1 mL 石英比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

#### 试剂的组成和配制

提取液: 液体 30mL×1 瓶, 4℃ 保存;

试剂一: 25mL×1 瓶, 4℃ 保存;

试剂二: 粉剂×1 瓶, 4℃ 保存; 临用前加入 7mL 试剂一充分混匀备用; 用不完的试剂分装后-20℃ 保存, 禁止反复冻融;

试剂三: 粉剂×1 瓶, 4℃ 保存; 临用前加入 4mL 试剂一充分混匀备用; 用不完的试剂分装后-20℃ 保存, 禁止反复冻融;

试剂四: 粉剂×1 瓶, 4℃ 保存; 临用前加入 9mL 试剂一充分混匀备用; 用不完的试剂分装后-20℃ 保存, 禁止反复冻融;

试剂五: 液体×1 支, -20℃ 保存; 临用前加入 0.5mL 蒸馏水, 充分溶解备用; 用不完的试剂分装后-20℃ 保存, 禁止反复冻融;

试剂六: 粉剂×1 支, -20℃ 保存; 临用前加入 0.5mL 蒸馏水, 充分溶解备用; 用不完的试剂分装后-20℃ 保存, 禁止反复冻融;

#### 粗酶液制备

按照组织质量 (g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液), 进行冰浴匀浆。10000g 4℃ 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

#### 测定步骤

1、分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 340nm, 蒸馏水调零。

2、在 EP 管中按顺序加入下列试剂

试剂名称 (μL)	测定管
样本	150
试剂二	270

混匀, 30℃ 保温 20 min, 置沸水浴中 1 min (盖紧, 防止水分散失), 冰浴冷却

试剂三	150
-----	-----

混匀, 30℃ 保温 30 min, 置沸水浴中 1 min (盖紧, 防止水分散失), 冰浴冷却, 10000g 4℃ 离心 10min, 取上清液 (如果一次性测定样本较多, 可将试剂四、五和六按比例配成混合液)

上清液	450
试剂四	300
试剂五	15
试剂六	15

混匀后立即 340 nm 波长下记录初始吸光度 A1 和 2min 后的吸光度 A2，计算  $\Delta A = A2 - A1$ 。

**注意：**试剂二如有沉淀，加入之前要使之充分溶解混匀。

### SSS 活性计算

1、按样本蛋白浓度计算：

单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟催化产生 1nmol NADPH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{SSS (nmol/min /mg prot)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (\text{Cpr} \times V_{\text{样}}) \div T \times \text{稀释倍数}$$

$$= 529 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

此法需要自行测定样本蛋白质浓度。

2、按照样本鲜重计算

单位的定义：每 g 组织每分钟催化产生 1nmol NADPH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{SSS 活性 (nmol/min /g 鲜重)} = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) \div T \times \text{稀释倍数}$$

$$= 529 \times \Delta A \div W$$

V 反总：反应体系总体积， $7.8 \times 10^{-4}$  L； $\epsilon$ ：NADPH 摩尔消光系数， $6.22 \times 10^3$  L / mol /cm；d：比色皿光径，1cm；V 样：加入样本体积，0.15 mL；V 样总：加入提取液体积，1 mL；T：反应时间，2 min；稀释倍数：1.9；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量。