

土壤全硼试剂盒说明书

微量法 100T/96S

注意：正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

测定意义

硼是植物生长发育必需的七种微量营养元素之一，土壤中硼素的含量高低直接影响着植物的生长状况。

测定原理

硼与甲亚胺在弱酸条件下形成棕黄色配合物，在 420nm 有特征吸收峰。

自备实验用品及仪器

天平、常温离心机、可见分光光度计/酶标仪、马弗炉、微量石英比色皿/96 孔板。

试剂组成和配制

提取剂：粉剂×1 瓶，4℃ 保存。

提取液：液体 100mL×4 瓶，4℃ 保存。

试剂一：粉剂×1 瓶，4℃ 保存。临用前加 8mL 水溶解，加 0.125mL 乙酸。

试剂二：粉剂×1 瓶，4℃ 避光保存。临用前加 4mL 蒸馏水溶解。

样本处理

新鲜土样风干，过 100 目筛，按照土壤质量 (g)：提取剂质量(g)为 1：4 的比例（建议称取约 0.1g 土样，加入 0.4g 提取剂）缓慢加入提取剂于坩埚中，边加边搅拌均匀，然后在马弗炉中 550℃ 熔融 10min，然后在 920℃ 熔融 30min，趁热取出坩埚，将熔融物转入烧杯，边搅拌边加 4mL 提取液，必要时加盖，防止溶液溅出，溶解 30min 后，5000g，25℃ 离心 10min，取上清液待测。

测定操作表

	空白管	测定管
样本 (μL)		40
试剂一 (μL)	80	80
试剂二 (μL)	40	40
H ₂ O (μL)	80	40
充分混匀，25℃ 黑暗中静置 1h		
于微量石英比色皿/96 孔板，蒸馏水调零，测定 420nm 处吸光值 A，分别记为 A 空白管和 A 测定管， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{空白管}}$		

计算公式

a. 用微量石英比色皿测定的计算公式如下

标准曲线： $y = 0.3897x - 0.2359$ ， $R^2 = 0.9995$

$$\text{全硼含量 (mg/kg)} = (\Delta A + 0.2359) \div 0.3897 \times V_{\text{反总}} \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \\ = 51.32 \times (\Delta A + 0.2359) \div W$$

V 反总：反应总体积，0.2mL；V 样：反应体系中加入样本体积，0.04mL；V 样总：加入提取液体积，4mL，W：样本质量，g

b. 用 96 孔板测定的计算公式如下

标准曲线： $y = 0.1949x - 0.2359$ ， $R^2 = 0.9995$

$$\text{全硼含量 (mg/kg)} = (\Delta A + 0.2359) \div 0.1949 \times V_{\text{反总}} \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \\ = 102.64 \times (\Delta A + 0.2359) \div W$$

V 反总：反应总体积，0.2mL；V 样：反应体系中加入样本体积，0.04mL；V 样总：加入提

取液体积, 4mL, W: 样本质量, g

注意事项

1. 配制好的试剂二 4℃保存不可超过 7 天。
2. 显色时严格控制温度并且避光, 以免显色剂见光分解。