

## 葡萄糖含量试剂盒说明书（测组织、细菌或细胞）

### 微量法 100 管/96 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

#### 测定意义：

葡萄糖不仅是细胞能量代谢的主要底物，而且其代谢中间产物是生物合成的重要底物。植物可通过光合作用产生葡萄糖。就哺乳动物而言，葡萄糖不仅是大脑神经系统、肌肉、脂肪组织等的唯一能源，而且与还原性辅酶、乳糖和乳脂的合成密切相关。

#### 测定原理：

葡萄糖氧化酶催化葡萄糖氧化成葡萄糖酸，并产生过氧化氢；过氧化物酶催化过氧化氢氧化 4-氨基安替比林偶联酚，生成有色化合物，在 505 nm 有特征吸收峰。

#### 需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、水浴锅、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板、研钵和蒸馏水

#### 试剂的组成和配制：

试剂一：0.5 $\mu$ mol/mL 葡萄糖溶液 10mL $\times$ 1 瓶，4 $^{\circ}$ C 保存；

试剂二：液体 10ml $\times$ 1 瓶，4 $^{\circ}$ C 保存；

试剂三：液体 10ml $\times$ 1 瓶，4 $^{\circ}$ C 保存；（若出现结冰现象，可 37 $^{\circ}$ C 水浴溶解后使用）

#### 葡萄糖提取：

1、组织的处理：按照组织质量（g）：蒸馏水体积（mL）为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 蒸馏水），研磨成匀浆，95 $^{\circ}$ C 水浴 10 分钟（盖紧，防止水分散失），冷却后，8000g，25 $^{\circ}$ C 离心 10min，取上清液备用。

2、细菌或细胞处理：收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量（ $10^4$  个）：蒸馏水体积（mL）为 500~1000：1 的比例（建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 蒸馏水），超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3S，间隔 10S，重复 30 次），95 $^{\circ}$ C 水浴 10 分钟（盖紧，防止水分散失），冷却后，8000g，25 $^{\circ}$ C 离心 10min，取上清液备用。

#### 测定步骤：

1、分光光度计或酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 505nm，蒸馏水调零。

2、混合试剂的配制：使用前将试剂二和试剂三 1:1 等体积混合，用多少配多少。

3、加样表（在 EP 管或 96 孔板中加入下列试剂）：

试剂（ $\mu$ L）	空白管	标准管	测定管
样本			20
试剂一		20	
蒸馏水	20		
混合试剂	180	180	180

混匀，置 37 $^{\circ}$ C（哺乳动物）或 25 $^{\circ}$ C（其它物种）保温 15min 后，于 505nm 波长处读取吸光度。空白管、标准管和测定管吸光值分别记为 A1、A2 和 A3。空白管和标准管只要做一管。

#### 葡萄糖含量计算：

1、按样本蛋白浓度计算

葡萄糖含量( $\mu$ mol/mg prot)=(C 标准 $\times$ V1) $\times$ (A3-A1) $\div$ (A2-A1) $\div$ (V1 $\times$ Cpr)=0.5 $\times$ (A3-A1) $\div$ (A2-A1) $\div$ Cpr。

2、按样本鲜重计算

葡萄糖含量（ $\mu$ mol/g 鲜重）=(C 标准 $\times$ V1) $\times$ (A3-A1) $\div$ (A2-A1) $\div$ (W $\times$ V1 $\div$ V2)=0.5 $\times$ (A3-A1) $\div$

$(A2-A1) \div W$

3、按细菌或细胞密度计算

葡萄糖含量 ( $\mu\text{mol}/10^4 \text{ cell}$ ) =  $(C \text{ 标准} \times V1) \times (A3-A1) \div (A2-A1) \div (500 \times V1 \div V2) = 0.001 \times (A3-A1) \div (A2-A1)$

C 标准: 标准管浓度,  $0.5 \mu\text{mol}/\text{mL}$ ; V1: 加入样本体积,  $0.02 \text{ mL}$ ; V2: 加入提取液体积,  $1 \text{ mL}$ ; Cpr: 样本蛋白质浓度,  $\text{mg}/\text{mL}$ ; W: 样本鲜重,  $\text{g}$ ; 500: 细菌或细胞总数, 500 万。

注意:

- 1、最低检测限为  $50 \text{ nmol}/\text{g}$  鲜重或  $0.5 \text{ nmol}/\text{mg prot}$ 。
- 2、若样本中存在葡萄糖氧化酶抑制剂, 则会造成测定结果偏低, 建议改用 HPLC 法测定。